



## Изменение в ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

### Поставку медоборудования Для ООО КЛИНИКА-САНАТОРИЙ «НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ»

Лот № 1 «Аппарат для транскраниальной терапии»

Виды тока: импульсный монополярный и импульсный биполярный с возможностью включения частотной модуляции, постоянный в сочетании с импульсным монополярным, постоянный.

Величина импульсного тока: до 5мА

Величина постоянного тока: до 5мА

Питание от сети: 220 В, 50Гц

Габариты: 290х200х155мм

Масса: 2 кг.

Лот № 2 «Воздушно-углекислая ванна»

Напряжение питания (однофазное, переменное) 220В±10%, 50 Гц

Потребляемая мощность (не более) 1500Вт

Класс защиты 1, тип В

Габаритные размеры 1,4 х 0,75 х 1,2 м.

Лот № 3 «Аппарат для ультразвуковой терапии»

Режим генерации ультразвука: непрерывный, импульсивный

Частота ультразвуковых колебаний: 1.3 и 3.0 МГц ( ±10%)

Рабочая площадь трансдуктора (излучателя): 3,5 см<sup>2</sup>

Площадь потока мощности (ППМ) ультразвука Втсм<sup>2</sup>: от 0,1 до 2,0

Эффективная мощность ультразвука Вт: от 3,3 до 7,0

Частота повторения импульса, Гц: 100, 48, 16

Таймер, мин: от 1 до 30

Потребляемая мощность, Вт: 40

Электропитание, В/Гц: 100-240 / 50-60

Количество встроенный протоколов, шт.: 46

Количество сохранений протоколов, шт.: до 10

Габаритные размеры, мм: 265х275х115

Масса, кг: 1,4

Генеральный директор – главный врач

Файзова Ю.М.